

Số: /KL-KHCN

Tây Ninh, ngày 22 tháng 11 năm 2016

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ

Thực hiện Quyết định thanh tra số 204/QĐ-KHCN, ngày 18/10/2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ, ngày 26/10/2016 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo kế hoạch tại Công ty TNHH XNK Hồng Hưng (Bệnh viện Đa khoa tư nhân Cao Văn Chí), địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 08/11/2016 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kết luận như sau:

1. Khái quát chung

Theo Báo cáo của Trưởng đoàn thanh tra, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra về an toàn bức xạ theo Quyết định số 204/QĐ-KHCN ngày 18/10/2016 của Giám đốc Sở KH&CN đối với Công ty TNHH XNK Hồng Hưng (Bệnh viện Đa khoa tư nhân Cao Văn Chí). Qua thanh tra, cơ sở đã phối hợp và thực hiện theo các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

- Kiểm tra giấy phép tiến hành công việc bức xạ: Cơ sở hiện có 04 máy X-quang chuẩn đoán y tế đều được cấp phép sử dụng.

- Việc kiểm xạ, kiểm định chất lượng máy X-quang: Cơ sở có thực hiện việc kiểm xạ, kiểm định định kỳ các thiết bị theo quy định.

- Nhân viên bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ:

+ Nhân viên bức xạ: có 06 nhân viên được đào tạo về an toàn bức xạ.

+ Chứng chỉ nhân viên bức xạ: Ông Trương Công Quyền đã được Sở KH&CN Tây Ninh cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ và được cơ sở bổ nhiệm làm phụ trách về an toàn bức xạ của cơ sở (Quyết định bổ nhiệm số 38/QĐBN-BV-CVC ngày 13/10/2015).

- Kiểm soát liều chiếu xạ: Cơ sở có trang bị liều cá nhân cho nhân viên bức xạ, thực hiện việc đo liều định kỳ 3 tháng/lần, có lập và lưu giữ sổ đo liều định kỳ theo quy định.

- Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở: Cơ sở có lập kế hoạch và được Sở KH&CN Tây Ninh phê duyệt tại Công văn số 339/KHCN-CN ngày 07/8/2014.

- Kiểm tra thực tế việc thực hiện các quy định về an toàn bức xạ tại phòng chụp X-quang:

+ Cơ sở có trang bị đèn, đặt biển cảnh báo bức xạ, nội quy an toàn bức xạ và quy trình vận hành thiết bị, có trang bị áo chì, yếm chì che tuyến giáp.

+ Có khám sức khoẻ và lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ định kỳ cho nhân viên.

+ Việc suất liều được phân bố xung quanh khu vực đặt máy X-quang đều được đảm bảo yêu cầu theo quy định.

+ Tiến hành đo đạc tại các vị trí của các phòng chụp, giá trị đo nằm trong giới hạn cho phép.

3. Kết luận

Qua cuộc thanh tra theo kế hoạch, cơ sở đã phối hợp và thực hiện theo các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ trong việc sử dụng thiết bị X-quang y tế./.

Nơi nhận:

- Cty TNHH XNK Hồng Hưng (Bệnh viện Đa khoa tư nhân Cao Văn Chí);
- Website Sở KH&CN;
- Lưu: VT, Hồ sơ TTr.

GIÁM ĐỐC