

Số: /KL-KHCN

Tây Ninh, ngày 22 tháng 11 năm 2016

KẾT LUẬN THANH TRA **Về việc thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ**

Thực hiện Quyết định thanh tra số 208/QĐ-KHCN, ngày 18/10/2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ, ngày 25/10/2016 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo kế hoạch tại Trung tâm Y tế Tân Châu, địa chỉ: Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 08/11/2016 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kết luận như sau:

1. Khái quát chung

Theo Báo cáo của Trưởng đoàn thanh tra, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra về an toàn bức xạ theo Quyết định số 208/QĐ-KHCN ngày 18/10/2016 của Giám đốc Sở KH&CN đối với Trung tâm Y tế Tân Châu. Qua thanh tra, Đơn vị đã phối hợp và thực hiện tương đối tốt các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

- Kiểm tra giấy phép tiến hành công việc bức xạ: đơn vị hiện có 02 máy X-quang chuẩn đoán y tế đều được cấp phép sử dụng.

- Việc kiểm xạ, kiểm định chất lượng máy X-quang: đơn vị có thực hiện việc kiểm xạ, kiểm định định kỳ thiết bị theo quy định.

- Nhân viên bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ:

+ Nhân viên bức xạ: có 03 nhân viên được đào tạo về an toàn bức xạ.

+ Chứng chỉ nhân viên bức xạ: Ông Lê Thanh Dũng đã được Sở KH&CN Tây Ninh cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ và được đơn vị bổ nhiệm làm phụ trách về an toàn bức xạ của đơn vị (Quyết định bổ nhiệm số 189/QĐ-TTYT ngày 30/11/2013).

- Kiểm soát liều chiếu xạ: đơn vị có trang bị liều cá nhân cho nhân viên bức xạ, thực hiện việc đo liều định kỳ 3 tháng/lần, có lập và lưu giữ sổ đo liều định kỳ theo quy định.

- Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở: đơn vị có lập kế hoạch và được Sở KH&CN Tây Ninh phê duyệt tại Công văn số 589/KHCN-CN ngày 06/9/2014.

- Kiểm tra thực tế việc thực hiện các quy định về an toàn bức xạ tại phòng chụp X-quang:

+ Đơn vị có trang bị đèn, đặt biển cảnh báo bức xạ, nội quy an toàn bức xạ và quy trình vận hành thiết bị, có trang bị áo chì, yếm chì che tuyến giáp.

+ Có khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, tuy nhiên đơn vị chưa lập sổ theo dõi chung về kết quả khám sức khỏe định kỳ của nhân viên bức xạ.

+ Việc suất liều được phân bổ xung quanh khu vực đặt máy X-quang đều được đảm bảo yêu cầu theo quy định.

+ Tiến hành đo đạc tại các vị trí của các phòng chụp, giá trị đo nằm trong giới hạn cho phép.

3. Kết luận

- Qua cuộc thanh tra theo kế hoạch, đơn vị đã phối hợp và thực hiện tương đối tốt các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ trong việc sử dụng thiết bị X-quang y tế.

- Yêu cầu đơn vị thực hiện việc lập sổ và lưu giữ sổ theo dõi về kết quả khám sức khỏe định kỳ của các nhân viên bức xạ trong năm 2016./.

Nơi nhận:

- Trung tâm Y tế Tân Châu;
- Website Sở KH&CN;
- Lưu: VT, Hồ sơ TTr.

GIÁM ĐỐC